

令和3年7月19日

公益社団法人日本麻酔科学会
安全委員会 御中

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
代表取締役 藤原 武志

「販売名：ペリフィックスカテーテル」の自主回収のご案内

謹啓 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

弊社キット製品につきまして、構成品の1つであるカテーテルコネクタの種類が異なっているところをご報告を受領致しました。ご報告を受け、弊社内にて調査を行いました結果、特定ロット製品におきまして本来とは異なるカテーテルコネクタ（旧規格品）が組み込まれていることが確認されました。このため、弊社と致しましては、既に出荷された対象製品につきまして、自主回収を実施することと致しました。

本件に対しましてご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、本回収にご協力いただけますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 回収対象品目

販売名：ペリフィックスカテーテル


承認番号：22100BZX00467000

出荷時期：令和3年6月24日～令和3年7月8日

対象製品：

品番	ロット番号	製品名
4515048N-01	21B11A8701	ペリフィックス ソフトチップカテーテル 20GX1000mm NRFit 25 個入

対象品：



2. 製品の回収についてのお願い

- 1) 回収対象品はご使用にならないでください。
- 2) 「回収対象品」及び「自主回収確認記録書」は、弊社社員又は販売元担当者にお渡しください。

3. 担当者及び連絡先

連 絡 先：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 東京都文京区本郷2丁目38番16号

部 署：HC&OPM 事業本部 HC マーケティング部

担 当 者：松山、土屋

電 話：03-3814-2704

F A X：03-3814-2523

部 署：品質保証部

担 当 者：山本、小島

電 話：03-3814-3634

F A X：03-3814-2632

回収製品送付先：

〒113-0033

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 東京都文京区本郷2丁目38番16号

「品質保証部」宛て

以上